

政 府 采 购 合 同

项目编号: JSZC-320300-ZJZB-G2025-0216

项目名称: 徐州市妇幼保健院彩色多普勒超声诊断仪采购项目
(一)

采购单位(甲方): 徐州市妇幼保健院

中标供应商(乙方): 南京润舟商贸有限公司

签订日期: 2025 年 12 月¹² 日

友情提醒: 采购人与中标、成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内, 按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同协议书

合同编号: SGZ2025048

签字日期: 2025.12.12

签字地点: 徐州

徐州市妇幼保健院 (买方名称) (以下简称“买方”) 已接受 南京润舟商贸有限公司 (卖方名称) (以下简称“卖方”) 对 徐州市妇幼保健院彩色多普勒超声诊断仪采购项目(一) (项目名称) (项目编号: JSZC-320300-ZJZB-G2025-0216) 的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1. 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同, 若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处, 优先顺序应按下列文件顺序解释。

- (1) 合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 合同专用条款
- (4) 合同通用条款
- (5) 除合同附件 1 外的合同附件
- (6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款, 卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训, 买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效, 生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准: 双方加盖公章或合同专用章;

6. 合同一式 4 份, 具有同等法律效力, 买方 3 份, 卖方 1 份。

7. 本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处, 以采购文件[项目编号: JSZC-320300-ZJZB-G2025-0216]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方(签章): 徐州市妇幼保健院

法定代表人或授权代表(签名): 曹永

卖方(签章): 南京润舟商贸有限公司

法定代表人或授权代表(签名): 朱德林

合同通用条款

目录

第一条	定义
第二条	合同范围
第三条	价格
第四条	支付
第五条	交货
第六条	包装和标记
第七条	技术资料
第八条	安装
第九条	验收
第十条	售后服务和技术培训
第十一条	索赔
第十二条	不可抗力
第十三条	合同的终止
第十四条	争议的解决
第十五条	适用法律
第十六条	权利保证
第十七条	保密
第十八条	合同生效及其他

合同通用条款

第一条 定义

除本合同上下文中另有规定外, 下列各词语定义如下:

- 1.1 “买方”见《合同专用条款》。
- 1.2 “卖方”见《合同专用条款》。
- 1.3 “工作现场”见《合同专用条款》。
- 1.4 “合同标的”见合同附件 4。
- 1.5 “技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。
- 1.6 “技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。
- 1.7 “安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。
- 1.8 “试运行”是指为验明合同标的的技术性能, 在安装完毕后对合同标的进行的测试。
- 1.9 “验收”是指根据合同附件 2 的规定进行的, 用以确定合同标的是否达到合同附件 2 所规定的技术性能的检验, 以及合同标的在达到合同附件 2 规定的技术性能之后, 买方对合同标的的接受。
- 1.10 “合同货币”见《合同专用条款》。
- 1.11 “合同价格”见合同附件 4。
- 1.12 “合同生效日”见《合同协议书》(合同附件 1) 第 5 条。
- 1.13 “日”是指日历天数。
- 1.14 “月”是指日历月数。
- 1.15 “采购需求”见合同附件 6。

第二条 合同范围

- 2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。
- 2.2 数量: 见招标文件第六章《采购需求》中“三、数量要求”。

第三条 价格

- 3.1 合同总价见《合同专用条款》。
- 3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付(采购资金的支付方式、时间、条件)

- 4.1 买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件, 由此产生的所有责任和发生的所有费用, 均由卖方承担。
- 4.2 卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时, 买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货(货物、服务提供的时间、地点、方式)

- 5.1 交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2 交货地点见《合同专用条款》。

5.3 在《合同专用条款》规定的期限内, 卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4 卖方应按下列规定交付合同标的:

5.4.1 卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2 买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货, 卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1 除非合同中另有规定, 合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2 在合同标的的每件包装中都应附有下列单据:

A. 装箱明细单;

B. 质量合格证;

C. 技术资料。

6.3 凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时, 卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运, 卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件 7。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2 如果合同附件 2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到, 双方应在验收合格后 5 日内签署验收书。

9.3 验收标准(验收要求、验收标准和程序): 见合同附件 5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1 售后服务和技术培训见合同附件 3。

第十一条 索赔

11.1 如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务, 买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式, 救济方式包括:

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2 如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复,该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内,按照买方选择的救济方式解决索赔事宜,买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务,受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后 14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务,如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限,合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为,在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下,买方可以向卖方发出书面违约通知,全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料;

B. 合同标的未能达到合同附件 2 规定的技术性能;

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务,并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3 如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A. “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中,为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价值的行为。

B. “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实,从而给买方造成损害的行为,其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下,卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决,如果不能协商一致,按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 权利保证

16.1 卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权, 卖方承担全部责任。

第十七条 保密

17.1 卖方在本合同履行过程中, 或为履行本合同的需要, 从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息, 都是买方的秘密, 卖方不得泄露给任何第三方。

17.2 上述秘密, 卖方只能用于本合同, 而且只能由卖方相应的人员使用; 没有必要接触的卖方人员, 不得接触。

17.3 卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4 卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务, 应按合同总价的 50% 承担违约金或按照实际损失支付赔偿金; 买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其他违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书(合同附件 1)规定的条件全部满足后生效。

18.2 合同项下全部权利义务履行完毕后, 本合同自动失效。合同履行期满后, 合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响, 债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4 合同双方除非《合同专用条款》另有规定, 所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络, 应使用中文书就并按中文解释。

18.5 对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6 没有另一方的事先书面同意, 合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间, 不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利; 任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8 合同条款中的标题和边注仅供参考使用, 不应视为合同的一部分, 也不影响本文的解释。

18.9 合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议, 并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的, 还是口头的)。

18.10 买方应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11 合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

甲方(买方): 徐州市妇幼保健院乙方(卖方): 南京润舟商贸有限公司

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的,其增加的内容和条款,是对《合同通用条款》的补充、修改和完善,《合同条款专用》与《合同通用条款》不一致时,以《合同专用条款》为准。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《医疗器械监督管理条例》等法律法规的相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就设备采购相关事宜达成一致意见,特签订本合同,以明确双方的权利、义务,确保合同双方共同执行。

1. 合同标的

1.1 产品名称、型号、规格、数量及价款

产品名称	型号	生产厂家	单价(元)	单位	数量	金额(元)	备注
超声诊断仪	HERA W10	东软医疗系统股份有限公司 (三星)	1860000.00	套	壹	1860000.00	
合计(小写)						¥1860000.00 元	
合计(大写): <u>人民币壹佰捌拾陆万元整</u> (含税含运费)							

本合同采用固定总价合同,包含:设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用,及合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成本采购内容所需的一切费用。该总价为验收合格交货价,且不作调整。产品详细配置清单等见附件,附件与本合同有同等法律效力。

1.2 乙方应向甲方提供加盖乙方公章的有效营业执照、医疗器械经营许可证,以及医疗器械产品注册与备案手续、产品合格证、使用说明书,进口产品的还应提供进口报关单、商检合格证等,且应留存上述证照文件的原件供甲方

审查。

1.3 乙方所提供的产品应属于财政部颁布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品,或属于《节能产品政府采购品目清单》范围内非强制采购产品类别的,应提供产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书。

1.4 本合同所采购的货物在合同中未注明参数要求的,均以生产厂家标准配置为准。乙方的销售、安装技术方案必须满足清单中的所有设备、材料、配件和软件等的数量要求,完善配置方案,保证系统功能的完整性,甲方不再为此另行支付任何费用。

1.5 本项目所有设备应包含所有有关互连所需的相关配件,保证其能正常运行,甲方不再为此另行支付任何费用。

2. 交货方法、交货期限、到货地点及风险转移

2.1 交货期:自本合同签订生效之日起30日内送达甲方指定地点,并安装调试完毕并投入使用。

2.2 本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施,将货物运至甲方指定的到货地点;对本合同项下的货物进行全面保险,包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险,并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。

2.3 甲方指定的到货地点:徐州市妇幼保健院。

2.4 在乙方将货物交付甲方指定的交货地点和人员前,货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

3. 货物包装及质量保证

3.1 乙方所供货物必须为生产商原厂包装,且采用国家或专业标准的保护方式进行包装,应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其它与本合同项下货物有关的任何单证和资料。

3.2 乙方保证所供货物的设计、制造必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准(如有)的强制性规定,并满足本合同规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。乙方保证所供设备型号是最新

的, 且是用上等材料 and 工艺制成, 并严格保持原包装, 否则造成的一切损失由乙方负全部责任。

3.3 特别条款: a. 所提供医疗器械产品注册证必须真实有效; b. 所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致; c. 国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号, 进口设备必须提供报关证等相关证件; d. 发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致; e. 其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足, 否则由此引起的一切责任由乙方负责。

3.4 乙方应保证本合同货物和服务或其任何一部分享有合法专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权, 或经第三方合法授权。一旦出现侵权, 由乙方负全部责任。

3.5 乙方保证提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下, 具有良好的性能。货物验收后, 在质量保证期内, 乙方应对因设计、工艺、材料或者安装不当而引发的故障、缺陷或者事故承担责任, 所产生的费用和损失由乙方承担。

3.6 乙方保证所提供设备的技术规格符合甲方采购需求, 符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。

4. 交货物验收、异议

4.1 货物到达甲方指定到货地点后 7 日内, 甲、乙双方共同进行验收、测试。

4.2 验收标准: (1) 货物外形、包装完好; (2) 数量无误; (3) 货物符合合同要求及标准, 产品说明书对货物有质量说明的, 也应符合该质量说明;

(4) 乙方所供国产设备生产日期应在到货日期半年之内, 进口设备生产日期应在到货日期一年之内, 进口设备需提供海关报关单。(5) 设备均具有食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。

4.3 乙方交付设备时须将设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配给、随机工具、软件密码等交付甲方; 乙方未完整交付前款规定单证和工具等的, 视为未按照合同约定交货, 乙方负责补齐, 并视为逾期交货, 由乙方承担相关违约责任。

4.4 双方在验收中, 如果发现货物的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符, 双方应签署书面文件, 甲方有权拒付不符合合同规定部分

的货款,并在货物验收十五日内向乙方提出书面异议和处理意见;如货物与合同货物不一致,甲方有权拒付全部货款,并解除合同,乙方并承担合同价款20%的违约金责任。

4.5 如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交货物符合合同规定,但货物存在隐蔽瑕疵或者对质量保证期另有规定的除外。

4.6 乙方在接到甲方书面异议后,应在三日内提出处理意见,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见,乙方应照此执行。

5. 安装、调试与验收

5.1 设备到货验收后,乙方3日内派具备符合国家规定的具备相应资质的人员到达现场负责设备的免费安装和调试。设备安装时,乙方必须事先与甲方的设备科联系,并与设备科共同参与,否则引起的一切责任由乙方承担。

5.2 乙方提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

5.3 乙方在安装过程中,必须服从甲方的计划安排和整体协调,遵守甲方有关制度,文明施工。乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性,做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责,如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿,甲方有权直接从合同款项中予以扣减。

5.4 乙方必须提供设备安装、集成及调测服务,安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行,并确保调试完成后,设备能够正常运行,达到甲方可正常使用状态。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。

5.5 甲方对设备试用后进行验收,乙方派工程师到达现场共同验收工作。乙方需提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单,并且预先提供验收标准,填写验收报告书,供双方最终确认使用。

5.6 验收标准依次序对照适用标准为:1、货物为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依规安全合法使用;2、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;3、符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;4、货物来源生产方标准,且必须是有关生产方发布的最新版本的标准。

5.7 设备安装、调试产品正常运行后,各项指标和参数应符合验收标准。甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。甲方签字确

认的《验收合格证明》为验收合格的唯一凭证。

5.8 乙方免费提供全套技术资料（产品使用手册、维修说明书、操作说明书等），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

5.9 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。

5.10 验收中如果发现设备有短缺，损坏、质量、技术等不符合本合同规定的情形，双方做出详尽的现场记录，并由双方签署确认，由乙方负责解决所出现的问题。乙方应在五日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.11 乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

6. 付款方式

本合同总金额为人民币大写金额 壹佰捌拾陆万元（小写金额：1860000.00 元）。

经双方协商一致，选择以下第 二 种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

6.1 合同价款的百分之四十（40%），即¥（ / / ），大写：人民币（ / / ）元整，在双方签订合同后 15 日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

6.2 合同总价的百分之六十（60%），即¥（ / / ），大写：人民币（ / / ）元整，合同标的全部交付并安装完毕并验收后 15 日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后 7 日内支付给乙方。

（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进行结算，并一次性支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52 号文件要求）

付款方式二：不提交预付款保函的

6.1 合同签订后，货物全部到达甲方指定地点，在规定的时间内完成安装、调试、确保可以正常使用并经甲方验收合格，甲方收到乙方开具的全额正式发票，15 个工作日内一次性将全部货款支付至乙方指定账户。（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进

行结算,并一次性支付乙方服务费用。(注:此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求)

6.2 乙方需提交的申请支付文件包括:

- (1) 乙方出具的全额正式发票;
- (2) 甲方出具的验收合格证明

6.3 合同约定的乙方收款账户:

账户名: 南京润舟商贸有限公司

开户银行: 南京工商银行大行宫支行

银行账号: 4301016619100007839

6.4 甲方逾期支付资金的,以当期应付资金为基数,按同期贷款市场报价利率(LPR)一年期贷款利率计算逾期付款违约金,但违约金的总数不超过合同总金额的(0.1)%。但因政府资金结算手续的原因逾期的除外。

7. 质量保证期及售后服务

7.1 质量保证期: 原厂免费整机质保 捌 年,从验收合格之日起计算,终身维护。任何时候,乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。在保修期内对设备进行定期维护和保养,年度定期预防性维护保养次数不少于4次,并免费提供维修所需的配件及服务。

7.2 质保期间如属产品质量引起的配件损坏,一切维修换件保养费用和备品备件,均由乙方免费提供和更换;

7.3 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同约定提供售后服务。质保期间如属产品质量引起的配件损坏,乙方将免费提供更换件。质保期间如属甲方操作不当引起的配件或耗材的损坏,乙方将提供免费维修,但更换配件的费用则由甲方负责。

7.4 如设备发生故障,乙方在接到甲方报修电话后 2 小时内予以响应, 24 小时内到达现场解决问题。故障不能现场排除的,3日内提供备用机(提供备用机一台,设备故障无法及时处理时备用,备用机所有权归厂家所有),否则甲方可自行采取必要的措施,由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况,乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因,在获得甲方同意后,才可推迟响应时间。

7.5 质保期内,设备如因故障维修超过2天,按1:2延长质保期(具体时

间,按天数算)。

7.6 无论在质保期内还是质保期外,乙方必须上门维修,乙方工程师来甲方维修本设备,必须事先与甲方设备科取得联系,并与甲方工程师共同完成维修工作。乙方未尽到维修质保义务的,甲方可以委托第三方维修,由此产生的费用再加 15%的管理费由乙方全部承担。

7.7 质保期内设备的开机率 $\geq 95\%$ (按全年 365 天计算)。如因设备故障导致开机率达不到 95%即 347 天以上质保期按 1: 4(按天算)顺延。(如果因维修导致停机时间过长,其他补偿条款,双方友好协商)。

7.8 软件终身免费升级,并及时提供设备新功能和临床应用资料。

7.9 质保期后维修时,如更换配件,只收取配件费,且配件费提供优惠价格(不低于八折),不得收取上门服务费及差旅费(需附配件价格清单)。维修好后 6 个月内,对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时,乙方承诺免费维修及更换零配件。

7.10 质保期后,如甲方需延长保修时间,乙方质保费不得高于第一年销售合同里单台设备全额的 5%,年度定期预防性维护保养次数不少于 4 次。

8. 技术培训

8.1 工程师培训:在安装过程中或安装结束后,乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师人员进行设备的结构和工作原理、日常使用、操作、维护、故障诊断维修基础知识和理论培训,解答甲方人员提出的问题,并提供该设备的操作手册(一套)、维修手册(一套)交设备管理处,确保甲方能够对设备、系统有足够的了解,能够独立进行日常操作、管理和维护。所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责,均计入合同价中。

8.2 临床培训

8.2.1 乙方应免费提供至少 3 次全面的现场临床培训,以确保甲方操作人员能够独立、安全、有效地掌握该设备的临床操作与基础维护。

8.2.2 乙方应负责提供所有必要的培训资料,并承担其派出的培训人员的全部费用。

8.2.3 若甲方在乙方提供的免费临床培训之外还需更多的临床培训,乙方应予以配合,双方应通过签订补充协议的方式明确相关细节。

9. 知识产权

9.1 乙方必须保证, 甲方在中华人民共和国境内使用投报货物、资料、技术、服务或其任何一部分时, 享有不受限制的无偿使用权, 如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张, 该责任由乙方承担。

9.2 本合同价包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

9.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件, 涉及第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由乙方承担所有责任及费用。

9.4 乙方需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任, 因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由乙方自行承担。

10. 违约责任

10.1 乙方的违约责任:

10.1.1 乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的, 如果甲方同意使用, 应当按质论价; 如果甲方不同意使用, 应根据货物的具体情况, 由乙方在 15 个工作日内负责更换为符合合同要求的货物, 并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换, 或者调换后的货物仍不符合合同规定的, 甲方有权退货并解除本合同, 并要求乙方按合同总货款的 20% 承担违约金。

10.1.2 乙方逾期交货的, 每逾期 7 天 (不足 7 天的, 按 7 天计算), 按总货款的 0.5% 支付违约金; 逾期交货超过 1 个月的, 甲方有权立即解除本合同, 由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。乙方提前交货的, 甲方接货后, 仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的, 应在发货前书面通知甲方, 与甲方协商, 甲方仍需要的, 乙方应继续交货, 并按每逾期一日支付合同价款的 0.1% 承担逾期交货违约责任; 甲方不再需要的, 乙方应当在接到通知后合同即解除, 并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金, 并赔偿因此造成的损失。

10.1.3 乙方不能按本合同要求提供货物的保修服务的, 应向甲方偿付合同总价款的 5% 的违约金并赔偿甲方的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的, 甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.4 乙方不能按本合同要求提供培训服务的,应向甲方偿付合同总价款的 5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的,甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.5 乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的,应向甲方偿付合同总价款的 5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的,甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.6 如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况,乙方应支付由此产生的全部费用以及甲方为维权支出的一切合理费用。

10.1.7 合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后 30 日内付清,逾期按应支付金额的日万分之五计收违约金。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的,甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。

10.2 甲方违约责任:

10.2.1 非因乙方所交货物品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的,甲方中途不得退货,否则甲方应按合同总额的百分之十向乙方支付违约金。

11. 不可抗力

甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,以减轻可能给对方造成的损失,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12. 争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时,应友好协商;协商不成时,向甲方所在地人民法院提出诉讼。

13. 其他

13.1 本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。本合同未尽事宜,由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

13.2 本合同壹式 4 份,甲方执 2 份,乙方执 1 份,备案 1 份,具有同等法律效力。

14. 合同附件

(下页为合同签署页)

甲 方: 徐州市妇幼保健院

法定代表人:

委托代理人:

地址: 徐州市云龙区和平路 46 号

电 话: 0515-83909191

乙 方: 南京润舟商贸有限公司

法定代表人:

委托代理人:

地址: 南京市中山东路 218 号长安国际中心 1404

电 话: 025-86976907

开 户 行: 南京工商银行大行宫支行

账 号: 4301016619100007839

签订日期: 2025 年 12 月 12 日

签订日期: 2025 年 12 月 12 日

合同附件: 配置清单

HERA W10 超高端彩色多普勒超声诊断系统

类 别	配置及说明
主机系统	● 主机平台 采用三星独有的 Crystal Architecture 智能架构, S-Vision™ 体系结构是三星在系统平台方面的又一次重大突破, 以 HQ Vision 波束形成器和 Shadow HDR 成像引擎为基础, 同时搭载 S-Vue™ 高密度单晶体探头, 基于 CrystalBeam™ 海量并行波束形成器和 CrystalLive™ 三星最新图像处理引擎的 Crystal Architecture™ 水晶架构, 重新定义超声成像。 增强的二维图像处理、三维渲染、彩色多普勒信号处理, 图像的分辨率、穿透力均有质的飞跃, 让复杂的超声诊断更加高效。
成像模式	● CrystalBeam™ 海量并行声束形成器 ● CrystalLive™ 图像处理引擎 ● HQ Vision 锐真成像 ● ClearVison 锐清成像 ● ShadowHDR™ 锐影成像 ● 2D-Mode 二维模式 ● Dual Live Mode 双幅实时模式 ● Dual Mode/Quad Mode 双幅/四幅显示 ● 3D/4D Mode 三维/四维 ● M-Mode/Color M mode M 型/彩色 M 型 ● Color Doppler 彩色多普勒 ● Power Doppler 彩色能量图 ● PW/HRPF Doppler 脉冲/高脉冲重复频率多普勒 ● LumiFlow 锐彩成像 ● 妇产、腹部、心脏、血管、浅表、小儿腕关节测量软件包
图像优化技术	● Harmonic 组织谐波成像技术 由于谐波的非线性效应, 在某一深度范围, 谐波的能量明显增强, 可获得更加丰富的信息并有助于提高图像的信噪比。 ● S-Harmonic 智能谐波成像技术 同时发射高低两个频率的基波 f1 (低频) 和 f2 (高频), 获取低频的二次谐波 2f1 及高低两个频率的差量谐波 f2-f1 进行成像, 因为 2f1, f2-f1 具有更好的分辨力和更高的穿透力。S-Harmonic 智能谐波成像技术有效解决穿透力和分辨率两者矛盾的问题, 极大提升远场穿透力从而获得均匀一致的图像, 尤其适用于肥胖的患者、孕妇等。

	● MultiVision 空间复合成像 将不同角度声束发射形成的图像融合到一起, 形成一幅均匀一致, 信息丰富边缘锐利的图像。 ● FSI 频率复合成像技术 通过不同频率对远中近场的信号分别处理后, 再融合成一幅整场均匀清晰的图像, 同时满足穿透力和分辨率要求。 ● ClearVision 动态核磁成像 斑点噪声抑制技术, 有效抑制斑点噪声同时增强组织或占位边缘显示, 提高图像空间分辨率。支持多种类型探头并多级可调, 满足不同组织对图像的不同要求并可与其他优化技术同时使用。 ● S-Flow 高级精细血流成像 通过创新的超高灵敏度彩色多普勒检测出细微血管和低速血流信号, 能够全面提升血流的空间分辨率, 这种先进的多普勒技术能够使细微血流栩栩如生, 更加逼真。 ● 测量放大镜 可实时同步无失真放大测量取样区域, 同屏双区域显示, 提高测量数据获取的精确性, 又不需放大成像区域而降低图像质量。 ● Advanced QuickScan 一键优化 高级多模式一键优化技术, 采用三星专业算法, 能够对多种灰阶图像及多普勒参数进行直观性的自动优化, 即一个按键完成可完成二维、彩色、频谱图像的优化。
主要参数	● 数字化多声束并行形成器 ● 数字触摸式 8 段 TGC 调节 ● 4 个激活探头接口 ● 内置 DVD /CD-RW 驱动器 ● 3D 导航按钮 ● 腔内探头专用放置支架
高级功能	● HDVI 高清容积成像 容积成像特有的图像优化处理技术, 可对容积数据的所有像素点进行优化处理, 有效提高图像的对比分辨率和信噪比, 有利于微小结构或病灶的显示。可用于所有容积探头, 并可根据扫描部位进行针对性选择脊柱、颅脑或面部等模式。 ● SMART 4D 智能 4D 成像 ◇ 3D/4D 三维/四维成像 三维成像具有表面模式、最大模式、最小模式、反转模式、X 线模式、See Thru mode 等多种成像模式, 可广泛应用于胎儿面部、骨骼、妇科囊肿等。 ◇ 3D XI 三维扩展成像 (MSV + Oblique view + XI VOCAL) MSV 智能断层成像 一次扫描多幅成像, 可逐层显示不同断面解剖结构或病灶。采用 CT 或 MRI 断层扫描方式对容积图像采用多切面连续显示, 并可在 X/Y/Z 三个垂直切面进行平

	行的多切面同屏显示, 切面间距可以调节。 Oblique view/OVIX 任意切成像/扩展剖面容积成像 通过对当前切面进行画线方式显示其切割后交叉的立体剖面成像, 更易于得到二维扫描无法得到或者很难得到的有价值的切面。切割线可任意移动, OVIX 切割线厚度可调。并支持直线、曲线、等多种切割方式。 XI VOCAL 虚拟器官计算机辅助分析 通过多个平面面积的计算得到不规则立体数据精确体积, 重建立体结构, 带来更多诊断信心, 也可对治疗阶段的变化进行对比。 ✧ 3DMXI 增强三维扩展成像 (MVS + Multi OVIX + Mirror View) MVS 多层容积成像 一次扫描可以获得 7 幅不同层面的三维图像, 每幅图像可调节为不同颜色、不同模式。对初学者可更快获得满意的 3D/4D 成像, 对于有经验者可提高更快捷的图像, 提供更多的诊断工具。 Multi OVIX 多剖面容积成像 可以得到更多剖面的容积图像信息, 从而快速寻找所需切面或精确诊断。层厚及层间距可调, 多条平行、多条交叉、多个任意切等多种应用方式, 可实时任意移动观察。 Mirror View 多维镜 一次三维扫描后, 可同时得到正面、顶部、左侧和右侧观 4 幅不同方位的三维立体图像, 提供了更多的信息量, 更便于观察理解结构关系。 ✧ SFVI 智能滤波容积成像 三维图像优化技术, 分为清晰型和细节型, 可以去除不需要的噪声信号, 增强组织或病灶的轮廓和边界, 生成更清晰的图像, 即刻感受优异的 3D 成像效果。 ✧ FAD 面部智能识别 通过一键快速获得胎儿面部/目标图像, 去除面部前方的肢体、脐带、胎盘等遮挡物, 减少后处理操作, 有效提高工作效率。 ✧ VSI 容积渲染成像 加强深度信息显示, 使容积图像更加立体, 光滑、逼真, 提供自然真实的 3D 图像。五种肤色渲染效果, 面部、肢体等表面成像效果显著。 ✧ Smooth Cut 魔术擦 可逐层擦除不需要的图像信息, 使目标信息直接呈现。不同于以往的魔术剪, 简化了立体切割的步骤, 不必改变图像方向就可以擦除不需要的信息。 ● Visualization Package 高级成像功能包 (Realistic Vue + Crystal Vue) ✧ Realistic Vue 仿真成像 利用自然光的衰减系数使成像更自然, 皮肤和组织的图像更加细腻丰富, 有助于细微异常结构的诊断, 增进母婴感情。多种色图可调, 8 个预设光源方向, 并可用轨迹球任意移动光源。 ✧ Crystal Vue 水晶成像
--	--

	容积成像时通过此技术可同时显示胎儿内外部结构, 区分软组织和骨结构, 能准确了解解剖结构, 真实透视可视化。 ● 2DNT 颈项透明层自动测量 在二维图像下自动识别胎儿颈项透明层/NT 并通过一键进行精确测量。 ● 输卵管造影 使用三维腔内探头可以实现子宫及输卵管腔的三维及四维造影成像, 可清晰观察输卵管走形和位置。为子宫宫腔和输卵管的病变、畸形诊断提供帮助, 并有效评估输卵管通畅性。 ● CEUS+造影成像高级造影成像
显示器	● 21.5 英寸全高清 LED 显示器
触摸屏	● 14 英寸宽屏 LED 触摸屏
控制面板	● 可定制功能键分布面板
高级选配功能	● Biometry Assist 人工智能胎儿生物参数自动测量 人工智能, 大数据 Deep Learning 深度学习算法。尤其专门学习了困难的病例, 能快速识别并测量, 准确率高 (98%以上), 胎儿生长参数智能检测, 可智能识别胎儿颅脑、头围、腹围、股骨等主要结构并自动测量生长参数。 ● Pelvic 智能盆底超声 利用容积数据进行处理分析, 可对盆底超声检查中的各径线及角度进行自动测量与评估, 并自动形成结构化报告, 提高测量精准度, 简化测量流程, 可用于盆底功能障碍性疾病诊断。 ● MV-Flow 微血流灌注成像 利用时间空间相干原理, 采用先进的滤波技术提取低速血流, 具有极高的敏感性和帧频, 用于观察微血管结构的血流灌注情况, 达到类似造影成像的效果。 ● MV-Flow 微细血流灌注技术定量分析 通过彩色部分的像素数与感兴趣区像素的比值得到 VI (血管指数), 可定量显示 VI, 对不同位置, 不同阶段的血供进行定量研究, 方法简单, 易于操作。 ● LumiFlow 立体血流成像 利用冯氏光照模型, 更加直观的了解血流状况、小血管的结构和走形以及与周围组织的关系, 可以与彩色血流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用 ● S-Flow 高级精细血流成像 通 过创新的超高灵敏度彩色多普勒检测出细微血管和低速血流信号, 能够全面提升血流的空间分辨率, 这种先进的多普勒技术能够使细微血流栩栩如生, 更加逼真。 ● ElastoScan 弹性成像

	● E-Cervix 宫颈弹性分析 利用子宫动脉搏动对宫颈的压迫, 对宫颈硬度进行分析, 评估宫颈机能, 预防胎儿早产风险, 自动计算弹性对比指数、硬度比、内口应变、外口应变等值。
探头	● CA1-7A 单晶体高密度凸阵探头, 应用于产科、妇科、腹部等检查。具有优秀的穿透力和分辨率, 可满足各种困难病人的检查。 ● CA2-9A 单晶体高密度凸阵探头, 应用于产科、妇科、腹部等检查。具有优秀的穿透力和分辨率, 可满足各种困难病人的检查。 ● LA2-14A 超宽频单晶体线阵探头, 应用于血管、浅表、小器官等检查。成像中具有优秀的穿透力和分辨率。 ● CV1-8A 单晶体三维凸阵探头, 应用于产科、妇科、腹部等检查。 ● EV2-10A 宽频腔内容积两用探头, 应用于产科、妇科、泌尿科等检查。
工作流程	● 中文操作界面 ● 片段电影保存/容积电影存储模块图像/后处理、后测量 ● EZ Exam 一键工作流程
其他	● 无针式探头接口 ● 电源线 ● 操作手册 ● 耦合剂加热器